

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	6,00	385215	APARELHO DE TENS, FES E RUSSA 04 CANAIS - EQUIPAMENTO PARA APLICAÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA VIA ELETRODOS EM CONTATO DIRETO COM O PACIENTE PARA TERAPIA DE DISFUNÇÕES NEUROMUSCULARES COM AS CORRENTES TENS, FES E RUSSA E CONTA COM QUATRO CANAIS COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTES, POSSIBILITA A ESCOLHA DE PARÂMETROS, ENTRETANTO, OFERECE PROGRAMAS DE TERAPIAS PRÉ-DETERMINADOS PARA FACILITAR OS ATENDIMENTOS. DISPLAY LCD; EQUIPAMENTO ACOMPANHA TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A U.LIZAÇÃO DAS CORRENTES ELÉTRICAS DISPONÍVEIS NO MESMO. BIVOLT (AUTOMÁCO); MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO. REGISTRO NA ANVISA. ITENS INCLUSOS: 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES; 08 ELETRODOS DE SILICONE 5 CM X 5 CM; 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE (LARANJA CANAL 1, PRETO CANAL 2); 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE (AZUL CANAL 3, VERDE CANAL 4); 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL; 01 BISNAGA DE GEL 100 G; 01 FUSÍVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALENTE			
2	UN	1,00	385212	INALADOR NEBULIZADOR ULTRASSÔNICO: MOTOR DE 1/30 HP, COMPRESSÃO MÁXIMA DE 40 LIBRAS, VÃO DE AR LIVRE DE 15 LITROS/MIN.; VAZÃO DE AR COM O NEBULIZADOR DE 7,5 LITROS/MIN. ACESSÓRIOS: EXTENSÃO E COPO; UMA MÁSCARA ADULTO, UMA MÁSCARA INFANTIL E MALETA P/ TRANSPORTE. 220 V.			
3	UN	1,00	385213	LASER TERAPEUTICO PARA FISIOTERAPIA, COM BAIXA POTENCIA, COM TECNOLOGIA DE OPERACAO MICROCONTROLADA, COM APLICACAO DE ANALGESIA, PROCESSO INFLAMATORIO, CICATRIZACAO TECIDUAL E REABILITACAO TRAUMATO-ORT, 50/60 HZ, CLASSIFICACAO DE ENERGIA DE 1 A 15 JOULES/CM2, ALIMENTACAO: BIVOLT 127 E 220 VOLTS /, EQUIP. DE LASER TERAPIA COM CANETA ESPECIFICA P/ A AREA DE FISIOTERAPIA, TIMER AJUSTAVEL DE 1-60MIN,ACOMPANHAM: DUAS CANETAS, SENDO CANETA 830NM E 904NM, OCULOS DE PROTECAO, 01 FUSÍVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALENTE INCLUI: GARANTIA DE 1 ANO			
4	UN	4,00	385214	ULTRASSOM DE BAIXA POTÊNCIA; FREQUENCIA DO US: 1 E 3 MHZ; ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO (ERA): 7 CM²; INTENSIDADE REGULADA E MENSURADA EM W E W/CM²; POTÊNCIA MÁXIMAPOR CM²: 3 W/CM²; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA: 21 WATTS; PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS; PROTOCOLOS PARTICULARES QUE PODEM SER SALVOS; TECNOLOGIA DE OPERAÇÃO MICROCONTROLADA;TELA EM LCD; MODO DE EMISSÃO DE ONDA: CONTÍNUA E PULSADA; FREQUÊNCIA DE PULSO: 100HZ, 48HZ E 16 HZ E MODULAÇÃO EM 20% OU 50% DE TEMPO ON; TIMER (TEMPO) DE ATÉ 30 MINUTOS; POTÊNCIA DE ENTRADA: 220 VA			

Carimbo Padronizado	Validade da Proposta (no mínimo em 60 dias) ____ / ____ / ____	Total Geral R\$ _____ _____
	Prazo para Entrega ____ / ____ / ____	

Observações

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ **Data:** ____ / ____ / ____