

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	4,00	388988	Consultório odontológico com equipo modelo cart: Cadeira: Ambidestra (atende a destros e canhotos), acionada por motoreductor de baixa tensão proporcionando baixo nível de ruído, com braço de apoio para o paciente rebatível 90°; pedal de comando multifuncional com acionamento do refletor, movimentação do encosto e assento, volta a zero e posição de trabalho. Estrutura construída em aço maciço, comtratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base comdesenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, protegida por debrum antiderrapante. Com estabilidade, sem necessidade de ser fixada ao piso. Com caixa de ligação integrada. Estofamento com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, sem costura, atóxico e antichamas. Equipo: Conter 01 seringa triplice (bico giratório, removível e autoclavável); 01 terminal sem spray para baixa rotação; 01 terminal para alta rotação. Produzido em ABS Injetado (maior durabilidade e resistência à corrosão); Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo; suporte das pontas com acionamento pneumático individual; tampo de inox removível e puxador bilateral. Unidade de água: Produzida em ABS Injetado (maior durabilidade e resistência à corrosão); cuba profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos; filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água; sistema de regulagem da vazão da água, permitindo a regulagem fina do fluxo de água; reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice; unidade de água e cuba rebatível em 90°. Refletor LED: Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED; espelho multifacetado com tratamento multicoating; dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente; puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada; cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°; intensidade: 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%).			

<b>Carimbo Padronizado</b>	<b>Validade da Proposta</b> (no mínimo em 60 dias)    ____ / ____ / ____	<b>Total Geral R\$</b> _____ _____
	<b>Prazo para Entrega</b> ____ / ____ / ____	

**Observações**

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Data:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_