

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	2,00	390175	<p>CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM EQUIPO MODELO CART:Cadeira: Ambidestra (atende a destros e canhotos), acionada por motoredutor de baixa tensão proporcionando baixo nível de ruído, com braço de apoio para o paciente rebatível 90°; pedal de comando multifuncional com acionamento do refletor,movimentação do encosto e assento, volta a zero e posição de trabalho. Estruturaconstruída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetadocom proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, protegida por debrum antiderrapante. Com estabilidade, sem necessidade de ser fixada ao piso. Com caixa de ligação integrada. Estofamento comapoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, sem costura, atóxico e antichamas.</p> <p>Equipo: Conter 01 seringa tríplice (bico giratório, removível e autoclavável); 01 terminal sem spray para baixa rotação; 01 terminal para alta rotação. Produzido em ABS Injetado (maior durabilidade e resistência à corrosão); Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo; suporte das pontas com acionamento pneumático individual; tampo de inox removível e puxador bilateral.</p> <p>Unidade de água: Produzida em ABS Injetado (maior durabilidade e resistência à corrosão); cuba profunda, removível e comralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos; filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água; sistema de regulação da vazão da água, permitindoa regulação fina do fluxo de água; reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa tríplice; unidade de água e cuba rebatível em 90°.</p> <p>Refletor LED: Monofocal para usoodontológico com sistema óptico com 1 LED;espelho multifacetado com tratamento multicoating; dupla proteção do espelho, emmaterial resistente, transparente; puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada; cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°; intensidade: 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%).</p>			

Carimbo Padronizado	Validade da Proposta (no mínimo em 60 dias) ____ / ____ / ____	Total Geral R\$ _____
	Prazo para Entrega ____ / ____ / ____	

Observações

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ **Data:** ____ / ____ / ____