

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	30,00	389559	BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE 180 KG.CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO, COM VISOR DE LED, AUTOMÁTICA, COM MEDIÇÃO EM LIBRAS E QUILOGRAMAS, FUNÇÃO DE ZERAGEM AUTOMÁTICA, ALIMENTADA POR BATERIA CR 2032 E INDICADOR DE BATERIA.			
2	UN	15,00	389560	BALANÇA MÉDICA DIGITAL COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE 200KG. COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, VISOR DIGITAL LED, BIVOLT, PLATAFORMA E COLUNA EM AÇO CARBONO, PÉS REGULÁVEIS E TAPETE ANTIDERRAPANTE NA BASE.			
3	UN	17,00	390142	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA MICROPROCESSADA PARA UTILIZAÇÃO PARENTERAL, MONO CANAL, UTILIZAÇÃO DE EQUIPOS UNIVERSAIS OU DEDICADOS, MECANISMO PERISTÁLTICO LINEAR, PARA USO EM PACIENTE NEO ATÉ ADULTO, TELA PARA VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE NOMÍNIMO TRÊS POLEGADAS COM TECNOLOGIA TOUCH SCREEN, OPÇÃO DE IDIOMA PORTUGUÊS OU INGLÊS, SOFTWARE INTERATIVO COM SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO SEQUENCIAL DE CONFIRMAÇÃO PARA AJUSTES E QUESTÕES CRÍTICAS. POSSUI ÍCONES VISUAIS PARA INDICAÇÃO DO STATUS DA INFUSÃO, INDICADORES LUMINOSOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS FUNCIONAIS E SISTEMAS DE ALARMES,TECLAS DE ATALHOS PARA FUNÇÕES MAIS FREQUENTES, PAINEL COM TODAS AS INFORMAÇÕES DA INFUSÃO CONTINUAMENTE NA TELA, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO EM USB OU INFRAVERMELHO. PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO TRÊS QUILOGRAMAS; BATERIA INTERNA COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO OITO HORAS; GRAU DE PROTEÇÃO DE NO MÍNIMO IPX2;PROGRAMAÇÃO DO VOLUME DE ADULTA DE NO MÍNIMO 1 A 9.900 ML; BOLUS ADULTO COM VOLUME PROGRAMÁVEL NO MÍNIMO DE 50 ML. TAXA DE INFUSÃO ML/H ADULTO DE NO MÍNIMO 0,11300ML/H, KVO PROGRAMÁVEL DE 0,1 A 5,0 ML/H; LIMITE DE TEMPO DE PROGRAMAÇÃO: MÍNIMO 01MIN E MÁXIMO DE 99HS. ALARMES: COMPLETO SISTEMA DE ALARMES E PRÉ ALARMES VISUAIS E SONORO PARA: AR NA LINHA, FIM DE INFUSÃO, PORTA ABERTA; KVO; NÍVEL BAIXO DE CARGA DA BATERIA; ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: CABO DE ENERGIA;10 EQUIPOS, MANUAL: DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS RIGISTRO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (FABRICANTE), MANUAL DO USUÁRIO E CATÁLOGO DO PRODUTO PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES; TREINAMENTO IN LOCO DA EQUIPE QUE VAI UTILIZAR O EQUIPAMENTO. SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADO A COMERCIALIZAR O PRODUTO; TREINAMENTO IN LOCO DA EQUIPE QUE VAI UTILIZAR O EQUIPAMENTO, GARANTIA 12 MESES.			
4	UN	2,00	389558	CARRO BANDEJA HOSPITALAR TRÍPLEX PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS. PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, ALUMÍNIO ANODIZADO E RESISTENTE. COM SISTEMA DE 4 RODAS GIRATÓRIAS, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE APROXIMADAMENTE 50 KG POR COMPARTIMENTO.COM FECHAMENTO LATERAL E 02 PORTAS TRANCÁVEIS COM CHAVES. COM ALÇAS LATERAIS, COR BRANCA.EQUIPAMENTO COM CA E AUTORIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12MESES.			

Carimbo Padronizado

Validade da Proposta

(no mínimo em 60 dias) ____ / ____ / ____

Total Geral R\$ _____

Prazo para Entrega ____ / ____ / ____

Observações

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ **Data:** ____ / ____ / ____