

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	2,00	393252	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM 200KG, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA PESAGEM DE PACIENTE. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.			
2	UN	2,00	393255	CARRO HOSPITALAR EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO E PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO LISO; QUATRO RODÍZIOS DE 4", SENDO PELO MENOS DOIS DELES COM TRAVA; QUATRO GAVETAS COM CHAVE (OU LACRE ÚNICO OPCIONAL) PARA MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PROCEDIMENTO, SENDO UMA GAVETA COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS; BANDEJA INFERIOR PARA MATERIAIS DE ROTINA E DESCARTÁVEIS; TAMPO PARA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1050MM X 500MM X 700MM (CXLXA); SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SORO; CILINDRO DE OXIGÊNIO COM VÁLVULA REGULADORA. SUPORTE GIRATÓRIO PARA MONITORES E CARDIOVERSORES; TÁBUA ACRÍLICA PARA MASSAGEM CARDÍACA; SUPORTE PARA SORO; TOMADAS AUXILIARES PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE NO MÍNIMO 1,5M; COR: BRANCO OU CINZA.			
3	UN	1,00	393254	KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL LÂMINA CURVA COMPLETO, CONTENDO 01 (UM) CABO CONVENCIONAL E 6 (SEIS) LÂMINAS 0, 1, 2, 3, 4 E 5. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO LEGALMENTE COM REGISTRO NA ANVISA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CABO CONVENCIONAL MÉDIO - ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO; - ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL; - CABOS EM METAL À PROVA DE FERRUGEM; - CABOS RECARTEIADOS PARA MELHOR ERGONOMIA E SEGURANÇA; - ALIMENTAÇÃO POR PILHAS TIPO C (NÃO INCLUSAS); ENTRADA PARA LÂMINA COM ILUMINAÇÃO - LÂMPADA VACUM(NÃO INCLUSA); - LÂMPADA HALÓGENA 2,5V (NÃO INCLUSA); - LÂMPADA DE LED (NÃO INCLUSA); - LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MACINTOSH CURVA - TAMANHOS DE 0, 1, 2, 3, 4,5 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; - AS ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA QUE REDUZEM O RISCO DE LESÃO; - AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR; - ACOMPANHA LÂMPADA. GARANTIA DE FÁBRICA: 1 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.			
4	UN	2,00	393250	MACA GINECOLÓGICA EM AÇO/FERRO PINTADO, CONSTITUÍDA POR BASE, LEITO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE PORTA COXA.			
5	UN	2,00	393251	MEDIDOR DE PRESSÃO INFANTIL, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC DE USO INFANTIL (CIRCUNFERÊNCIA DE 10 ATÉ 18 CM), CONTENDO 1 (UMA) PERA, 1 (UMA) VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 1 (UM) ESTETOSCÓPIO SIMPLES, 1 (UMA) ABRAÇADEIRA (75 X 220 MM), 1 (UM) MANÔMETRO 0-300 MMHG (52X98X35,5MM). VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.			
6	UN	2,00	393253	OTOSCOPIO, LÂMPADA LED, COM ILUMINAÇÃO POR FIBRA OPTICA, PORTATIL, USADO PARA EXAME EXTERNOS DO CONDUTO AUDITIVO, LENTE GIRATORIA CONECTADA AO OTOSCOPIO, PROPORCIONA AUMENTO DE NO MÍNIMO 2 VEZES, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE. DEVE POSSUIR LÂMPADA LED. ACESSÓRIOS - NO MÍNIMO 09(NOVE) ESPECULOS AURICULARES REUTILIZÁVEIS, EM PELO MENOS 03 (TRÊS) TAMANHOS DISTINTOS, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) UNIDADES DE CADA TAMANHO.			

<b>Carimbo Padronizado</b>	<b>Validade da Proposta</b> (no mínimo em 60 dias)    ____ / ____ / ____ <hr/> <b>Prazo para Entrega</b> ____ / ____ / ____	<b>Total Geral R\$</b> _____ _____
----------------------------	---	---------------------------------------

**Observações**

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Data:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_