

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	1,00	392950	BANHO-MARIA (PARA ALIMENTOS). EQUIPAMENTO PARA AQUECIMENTO DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE 18 A 25 MARMITAS, SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL.			
2	UN	1,00	392949	BANHO-MARIA PARA LACTÁRIO: EQUIPAMENTO DESTINADO À PASTEURIZAÇÃO DE LEITE HUMANO, CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM GARANTIA DE ESTABILIDADE ENTRE 0,1°C E 0,5°C NA FAIXA DE TRABALHO ENTRE 5° E 70°C. CAPACIDADE MÍNIMA DE 17 LITROS DE ÁGUA E PELO MENOS 15 FRASCOS DE 250ML. ESTRUTURA TOTALMENTE EM AÇO INOX, ESTRUTURA MONOBLOCO, CUBA COM CANTOS ARREDONDADOS PARA HIGIENIZAÇÃO, ISOLADA TERMICAMENTE, GALHETEIRO REMOVÍVEL, PERMITINDO A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS FRASCOS SEM CONTATO MANUAL. DRENAGEM DA ÁGUA E DESCARGA, RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOX, CONTROLADOR DIGITAL MICROPROCESSADO E BOMBA RECIRCULANTE PARA HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA DAÁGUA.			
3	UN	1,00	392946	CAPNÓGRAFO. EQUIPAMENTO DE MESA UTILIZADO NA MONITORAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE CO2EXPIRADO PELOS PACIENTES.			
4	UN	1,00	392952	CARRO TÉRMICO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE BANDEJAS DE REFEIÇÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MANUAL, FUNÇÃO AQUECE E REFRIGERA, CAPACIDADE MÍNIMA 30 BANDEJAS JÁ INCLUSAS.			
5	UN	2,00	392953	ELETROCARDIOGRAFO - 12 CANAIS, COM COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR, OPERAÇÃO DIRETA NO CONSOLE, COM CONECTIVIDADE WIFI, IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO EM FORMATO A4, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V E BATERIA.			
6	UN	1,00	392951	FREEZER PARA BANCO DE LEITE, FREEZER VERTICAL DE 1 PORTA COM CAPACIDADE DE 400 LITROS E SISTEMA PARA MONITORAMENTO DE TEMPERATURA. 220V.			
7	UN	5,00	392948	MESA AUXILIAR MÓVEL TIPO MAYO, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA E/OU CIRÚRGOS EM GERAL, EM AÇO INOXIDÁVEL.			
8	UN	10,00	392947	MESA LOCALIZADA NA CABECEIRA DA CAMA HOSPITALAR, UTILIZADA PARA GUARDAR OU APOIO DE ACESSÓRIOS. ESTE ITEM DEVE POSSUIR UMA MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA E GAVETAS EM AÇO FERRO PINTADO.			
9	UN	10,00	392954	POLTRONA HOSPITALAR COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES, EM AÇOFERRO PINTADO ESTOFADA EM CURVIN, COM CAPACIDADE DE 180 KG, RECLINAÇÃO EM ACIONAMENTO MANUAL.			
10	UN	30,00	392955	SUPORTE DE SORO, ESTRUTURA UTILIZADA PARA COLOCAR O FRASCO DE SORO DURANTE A APLICAÇÃO NO PACIENTE, EM AÇO INOXIDÁVEL, DE PEDESTAL.			

Carimbo Padronizado	Validade da Proposta (no mínimo em 60 dias) ____ / ____ / ____ <hr/> Prazo para Entrega ____ / ____ / ____	Total Geral R\$ _____ _____
----------------------------	---	---------------------------------------

Observações

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ **Data:** ____ / ____ / ____